


一般医療機器

X線造影材入りスポンジ

# オオサキ ガーゼボール・X 滅菌オオサキ ガーゼボール・X



綿球と比べて剃毛後の消毒時に綿残りが無い  
X線造影糸入りガーゼボールです。



ガーゼ製品

手術ガーゼ

E.O.G.

## 商品特長

### 1 綿残りが無い


- ガーゼを使用しているため、綿球と比べて綿残りがなく、剃毛部位の消毒に適しています。

### 2 乱糸が出ない

- X線造影糸入りガーゼを乱糸が出ないように、内側に折りたたみ縫製しました。

### 3 X線造影糸入り

- X線造影糸入りのため、万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置が特定できます。



## 商品情報

### ■素材

ガーゼ:綿100%  
X線造影糸:[固定材] ポリプロピレン・ポリエステル  
[造影剤] 硫酸バリウム  
[着色剤] 深海青グレード02



## 商品規格

### ■オオサキ ガーゼボール・X

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ:13705000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
24900	オオサキ ガーゼボール・X S 100球入 直径25mm	販売単位   300 × 34 × 200	—	10箱	4971032249001
		外装   375 × 308 × 285	—		—
24901	オオサキ ガーゼボール・X M 100球入 直径30mm	販売単位   300 × 50 × 200	—	10箱	4971032249018
		外装   495 × 298 × 314	—		—
24902	オオサキ ガーゼボール・X L 100球入 直径50mm	販売単位   205 × 295 × 200	—	4箱	4971032249025
		外装   420 × 308 × 410	—		—

■販売名:オオサキツッペルX-A ■届出番号:23B2X10001000017

◇商品はすべてオープン価格です。

### ■滅菌オオサキ ガーゼボール・X

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ:13705000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
24903	滅菌オオサキ ガーゼボール・X S-5 5球入(50袋) 直径25mm	販売単位   205 × 146 × 200	—	8箱	4971032249032
		外装   420 × 308 × 410	—		—
24904	滅菌オオサキ ガーゼボール・X M-5 5球入(30袋) 直径30mm	販売単位   205 × 146 × 200	—	8箱	4971032249049
		外装   420 × 308 × 410	—		—
24905	滅菌オオサキ ガーゼボール・X L-5 5球入(30袋) 直径50mm	販売単位   205 × 295 × 200	—	4箱	4971032249056
		外装   420 × 308 × 410	—		—

■販売名:滅菌オオサキツッペルX-A ■届出番号:23B2X10001000018  
■その他規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

◇商品はすべてオープン価格です。

  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル  
オフィシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。