



脱脂綿製品


綿棒

第3類医薬品

外皮用殺菌消毒剤

綿棒付 10%ポビドンヨード製剤

# オオサキ 薬液綿棒ポビドン10%



綿体が柔らかく、接触範囲が広いいため、  
十分な薬液塗布が可能な薬液綿棒です。



## 商品特長

### ① 十分な薬液塗布が可能

●綿体を柔らかくすることにより、綿体の接触範囲(接触面積)が広く、薬液の吸収性と放出性が高いため、十分な薬液塗布が可能です。

### ② 木軸が汚れにくい

●薬液の吹き出し口を独自のM字形状にし、ループ状の通路を薬液が通ることにより、薬液が飛び散らず、木軸が汚れにくいので、使用者の手を汚しません。

▲血糖測定時に偽高血糖を示すことがあるため、消毒部位からの採血を行わないでください。

### ③ 片手でワンプッシュ操作

●忙しい業務中でも、片手でワンプッシュするだけで誰でも簡単に薬液を含浸することができます。

### ④ 汚染リスクの軽減

●使用時に開封するため、汚染のリスクを軽減できます。

### ⑤ 業務の省力化

●万能ツボやセッシンを必要とせず、それらの器材の洗浄・滅菌及び消毒剤の調整が不要です。

▲薬液押し出し後または開封後は、速やかに使用すること。

## 商品情報

### 添付文書

使用に際しては、この説明書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

日本標準商品分類番号 872612

第3類医薬品 外皮用殺菌消毒剤

**オオサキ薬液綿棒ポビドン 10% 1015**    **オオサキ薬液綿棒ポビドン 10% 1415** (綿棒付き 10% ポビドンヨード製剤)

#### 使用上の注意

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないこと  
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

**相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人 (4) 深い傷やひどいやけどの人
- 使用后、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称              | 症 状  |
|--------------------|--|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用后すぐに皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

- 5～6日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

貯 法：直射日光を避け、室温保存  
使用期限：外箱ならびに製品に記載

|   |   |
|---|---|
| オオサキ薬液綿棒ポビドン 10% 1015<br>承認番号 30100APX00259000<br>承認年月 2019年12月<br>販売開始 2020年5月 | オオサキ薬液綿棒ポビドン 10% 1415<br>承認番号 30100APX00269000<br>承認年月 2019年12月<br>販売開始 2020年5月 |
|---|---|

#### 組 成

|                       |      |                |
|-----------------------|------|----------------|
| オオサキ薬液綿棒ポビドン 10% 1015 | 担体   | 綿棒             |
|                       | 有効成分 | ポビドンヨード10w/v%  |
|                       | 容量   | 綿棒1本あたり薬液1.5mL |
| オオサキ薬液綿棒ポビドン 10% 1415 | 担体   | 綿棒             |
|                       | 有効成分 | ポビドンヨード10w/v%  |
|                       | 容量   | 綿棒1本あたり薬液4.5mL |

添加物：グリセリン、ラウロマクロゴール、クエン酸、リン酸水素ナトリウム

#### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光のあたらない、涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 誤用の原因になったり品質が変わるため、他の容器に入れないこと。
- 衣類等に付着したときは、水で洗い流すこと。
- 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- 綿に指が触れないように使用し、再使用はしないこと。
- 薬液押し出し後又は開封後は、速やかに使用すること。
- 薬液が漏れるおそれがあるため、薬液ポケットを下にして保管すること。

#### 取扱い方法

▲ 本製品の薬液の押し出しを確実にを行うため、次の手順でご使用ください。

- 薬液ポケットを押して液を綿にしみこませる
- フィルムをラインの位置までめくり綿棒を取り出す

薬液ポケットの押さえ方や使用環境(低温下など)によっては、力が加わりすぎてフィルムが破れるなどの原因となり、薬液が漏れ出すことがあります。  
注1) 万が一、薬液ポケットから液が染み出ている場合は、ご使用を控えてください。  
注2) フィルム特性により低温下ではきれいに剥がれないことがあります。

## 商品規格

### オオサキ 薬液綿棒ポビドン10%

第3類医薬品

| 品番    | 商品名・内容量・規格   | サイズ(幅×高さ×奥行(mm))       | 重量     | 梱入数 | JANコード/ITFコード                   |
|-------|--|------------------------|--------|-----|---------------------------------|
| 34703 | オオサキ 薬液綿棒ポビドン10% 1015-1 1本入(30袋)<br>綿径10mm×153mm 液量1.5mL | 販売単位   125 × 255 × 110 | 210.0g | 12箱 | 4971032347035<br>14971032347032 |
|       |  | 外装   515 × 270 × 345   | 3.2kg  |     |                                 |
| 34704 | オオサキ 薬液綿棒ポビドン10% 1015-2 2本入(30袋)<br>綿径10mm×153mm 液量3.0mL | 販売単位   125 × 255 × 110 | 300.0g | 12箱 | 4971032347042<br>14971032347049 |
|       |  | 外装   515 × 270 × 345   | 4.2kg  |     |                                 |
| 34705 | オオサキ 薬液綿棒ポビドン10% 1415-1 1本入(30袋)<br>綿径14mm×158mm 液量4.5mL | 販売単位   135 × 255 × 110 | 320.0g | 12箱 | 4971032347059<br>14971032347056 |
|       |  | 外装   555 × 270 × 345   | 4.5kg  |     |                                 |

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本 社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。  
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店