

医04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏 34864000

クリーンポアドレッシングW

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

- ・通気性のあるパッド部分と粘着テープ部分から成る救急絆創膏を滅菌した製品です。
- ・パッドの材質:ポリプロピレン、レーヨン
- 粘着テープの材質:アクリル系粘着剤

【使用目的又は効果】

身体の部位に用いる、粘着剤を付した布製又はプラスチック製等の各種形状の絆創膏材をいう。パッドを付する場合もある。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品の使用により発疹・発赤・かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
- ・パッド部分が濡れたり汚れた場合は、直ちに患部を清潔にして貼り替えること。
- ・開封後は速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。